



ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број процедура:	20.07.2018
Мат. бр.	7175/221
Датум:	

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЕ БОЦА ЗА КИСЕОНИК

– Дом здравља Горњи Милановац –

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
4.13	20.06. 2018	
Израдио Др Аксентије Тошић <i>Др Аксентије Тошић</i>	Контролисао	
Тим за заштиту животне средине	<i>Др. Јулијана Милић</i> Др. Јулијана Милић спец. педијатрије II 17004365	



1. ПРЕДМЕТ

Овом процедуром утврђује се редослед и поступак замене боца за кисеоник

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у свим објектима Дома здравља Горњи Милановац где се налазе боце за кисеоник.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

Процедура је писани документ којим се детаљно утврђује начин и поступак извођења одређених процеса.

4. ОДГОВОРНОСТ

За примену процедуре одговорне су главне сестре служби и лице одговорно за техничке послове.

5. ОПИС ПОСТУПКА

Главна (надзорна) сестра службе , обавештава главну сестру Дома здравља када се испразни боца за кисеоник. Главна сестра уз помоћ особља дотичне службе , одлаже боцу у просторију за складиштење боца и позива техничку службу која ће скинути манометар са празне боце за кисеоник.

Када се накупи 7 празних боца за кисеоник, главна сестра обавештава шефа возног парка о потребној замени боца.

Возач одлази до пункта и сакупља боце. Боце се предају уз реверс (број и врста боца) и то без манометара на боцама.

Возач празне боце предаје овлашћеној фирми на пуњење уз реверс. Након пуњења , исте враћа у просторију за складиштење боца за кисеоник.

Главна сестра по пријему боца позива техничку службу која ће поставити манометре. У магацину у сваком тренутку морају бити пуне најмање 2 боце.

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ

- Образац-реверс предаје и замене боца