



ПРОЦЕДУРА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ - РАД СА УВ ЛАМПОМ

– Дом здравља Горњи Милановац –

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
4.38	1.08.2018.	
Израдио Др Аксентије Тошић	Контролисао	
Тим за заштиту животне средине	Владимир Миловановић Др. пед. Владимир Миловановић спец. педијатрије II 17004365	



1. ПРЕДМЕТ

Процедура дефинише начин на који се спроводи стерилизација простора и опреме у Дому здравља Горњи Милановац.

2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у собама за изолацију и одељењима за интервенције.

3. ДЕФИНИЦИЈЕ

Стерилизација УВ зрацима подразумева профилактички поступак обескличавања простора операционих сала, амбуланти, изолација и других просторија у здравственим установама, као и у производњи лекова, серума и вакцина. Гермицидна лампа емитује УВ зраке који разлажу липопротеине у ћелијској мембрани и тако делује антибактеријски, антивирусно и антигљивично.

4. ОДГОВОРНОСТ

За примену процедуре одговорне су медицинске сестре запослене у Дому здравља. За контролу спровођења процедуре одговорни су начелник и главна сестра.

5. ОПИС ПОСТУПКА И АКТИВНОСТИ

Стерилизација простора УВ лампом врши се:

- после изласка пацијента из просторије за изолацију, под условом да је просторија механички орибана и дезинфокована
- после генералног сређивања ординација
- на крају радног дана, после прања и дезинфекције превијалишта, односно одељења за интервенције.

Покретну УВ лампу медицинска сестра/техничар укључи у довод струје у сређеној просторији и остави је 30 минута укључену.

Просторија мора да буде затворена (prozори и врата затворени).

Овај процес се спроводи за сваку просторију спремљену за стерилизацију.

О извршеној стерилизацији води се евиденција у контролној листи.

6. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ

- Правилник о инфекцијама повезаним са здравственим интервенцијама (болничким инфекцијама) и заразним болестима на нивоу установе;
- Контролна листа стерилизације простора УВ лампом.