



ДОМ ЗДРАВЉА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Пријем:	26.01.2018
Одг. рад.	Билет
7175/132	

**ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗБЕДНО
РУКОВАЊЕ ДЕНТАЛ АПАРАТОМ
ЗА СНИМАЊЕ ЗУБА**

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
9.12	19.11.2017.	
Израдио др Перо Лозо доктор стоматологије	Процедуру оверио <i>Dr Pero Lozo</i>	
Тим за акредитацију стоматолошке службе		

1. ЦИЉ

Процедуром се утврђује редослед и садржај поступака за безбедно руковање апаратом.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена техничару који ради са дентал апаратом.

3. ДЕФИНИЦИЈА

Правилним руковањем дентал апаратом за снимање зуба доприноси се да се не догађају кварови на апарату, да пацијент буде безбедан у току снимања зуба и да рендген снимак буде квалитетан и добар како би могла да се одрљади дијагностика.

4. ОДГОВОРНОСТ

Рендген техничар који врши снимање зуба, главна сестра и начелник службе.

5. ПОСТУПАК

5.1. На почетку радног времена укључити апарат у струју.

5.2. Након припреме пацијента по процедури за припрему пацијента за интраорални метод радиографисања одредити експозицију, наместити тубус под одговарајућим углом и извршити снимање.

5.3. На крају радног времена искључити апарат из струје.

5.4. Руковаоци Ро апаратом морају да примењују прописана заштитна средства за пацијенте. Такође морају користити мере и поступке заштите од јонизујућег зрачења. Извори јонизујућег зрачења морају задовољавати стандарде о техничкој исправности које су саставни део процедуре о техничкој исправности апарата. Просторије у којима се изводи радиолошка дијагностика морају задовољавати стандарде који су прописани законом.

6. ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Рендген снимак

6.2. Протокол болесника

6.3. Упути лекара за снимање зуба